

KUBUS PESSARIA

INDICATIE

De Kubus pessaria worden gebruikt tegen de symptomen:

- Tweede- of derdegraads prolaps
- Cystocèle en/of rectocèle
- Voor kortstondig gebruik (max. 24 uur), bijv. sporters



Let op: het siliconen koortje dient alleen gebruikt te worden om het pessarium te traceren en niet om het te verwijderen



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen.

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
CU25	Kubus Pessarium (z) #0 (25 mm)	15116433	stuks
CU29	Kubus Pessarium (z) #1 (29 mm)	15116441	stuks
CU33	Kubus Pessarium (z) #2 (33 mm)	15116468	stuks
CU37	Kubus Pessarium (z) #3 (37 mm)	15116476	stuks
CU41	Kubus Pessarium (z) #4 (41 mm)	15116484	stuks
CU45	Kubus Pessarium (z) #5 (45 mm)	15116492	stuks
CU50	Kubus Pessarium (z) #6 (50 mm)	15116506	stuks
CU56	Kubus Pessarium (z) #7 (56 mm)	15116514	stuks
CU63	Kubus Pessarium (z) #8 (63 mm)	15116522	stuks
CU70	Kubus Pessarium (z) #9 (70 mm)	15116530	stuks
CU75	Kubus Pessarium (z) #10 (75 mm)	15116549	stuks
CU25D	Kubus Pessarium (m) #0 (25 mm)	15116557	stuks
CU29D	Kubus Pessarium (m) #1 (29 mm)	15116565	stuks
CU33D	Kubus Pessarium (m) #2 (33 mm)	15116573	stuks
CU37D	Kubus Pessarium (m) #3 (37 mm)	15116581	stuks
CU41D	Kubus Pessarium (m) #4 (41 mm)	15116603	stuks
CU45D	Kubus Pessarium (m) #5 (45 mm)	15116611	stuks
CU50D	Kubus Pessarium (m) #6 (50 mm)	15116638	stuks
CU56D	Kubus Pessarium (m) #7 (56 mm)	15116646	stuks
CU63D	Kubus Pessarium (m) #8 (63 mm)	15116654	stuks
CU70D	Kubus Pessarium (m) #9 (70 mm)	15116662	stuks
CU75D	Kubus Pessarium (m) #10 (75 mm)	15116670	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

CUP PESSARIA

INDICATIE

Het Cup pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van:

- Milde prolaps
- Milde cystocèle
- Stressincontinentie
- Retro displacement



Het Cup pessarium met ondersteuningsvlak wordt gebruikt in geval van:

- Tweede- of derdegraads prolaps
- Milde cystocèle
- Stressincontinentie
- Retro displacement
- Incompetente cervix



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.

(z) = zonder ondersteuningsvlak

(m) = met ondersteuningsvlak

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
CP50/18	Cup Pessarium (z) #0 (50 mm)	15118800	stuks
CP55/23	Cup Pessarium (z) #1 (55 mm)	15118819	stuks
CP60/28	Cup Pessarium (z) #2 (60 mm)	15118827	stuks
CP65/33	Cup Pessarium (z) #3 (65 mm)	15118835	stuks
CP70/38	Cup Pessarium (z) #4 (70 mm)	15118843	stuks
CP75/43	Cup Pessarium (z) #5 (75 mm)	15118851	stuks
CP80/48	Cup Pessarium (z) #6 (80 mm)	15118878	stuks
CP85/52	Cup Pessarium (z) #7 (85 mm)	15118886	stuks
CP50/18S	Cup Pessarium (m) #0 (50 mm)	15118894	stuks
CP55/23S	Cup Pessarium (m) #1 (55 mm)	15118908	stuks
CP60/28S	Cup Pessarium (m) #2 (60 mm)	15118916	stuks
CP65/33S	Cup Pessarium (m) #3 (65 mm)	15118924	stuks
CP70/38S	Cup Pessarium (m) #4 (70 mm)	15118932	stuks
CP75/43S	Cup Pessarium (m) #5 (75 mm)	15118940	stuks
CP80/48S	Cup Pessarium (m) #6 (80 mm)	15118959	stuks
CP85/52S	Cup Pessarium (m) #7 (85 mm)	15118967	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

DISH PESSARIA

INDICATIE

Het Dish pessarium met ondersteuningsvlak worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Milde prolaps
- Milde cystocèle
- Stressincontinentie



Het Dish pessarium zonder ondersteuningsvlak worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Tweede- of derdegraads prolaps
- Stressincontinentie



De continentie wordt hersteld door een lichte druk tegen de uterus te creëren

PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.

(z) = zonder ondersteuningsvlak

(m) = met ondersteuningsvlak

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
DSH50	Dish Pessarium (z) #0 (50 mm)	15116867	stuks
DSH55	Dish Pessarium (z) #1 (55 mm)	15116875	stuks
DSH60	Dish Pessarium (z) #2 (60 mm)	15116883	stuks
DSH65	Dish Pessarium (z) #3 (65 mm)	15116891	stuks
DSH70	Dish Pessarium (z) #4 (70 mm)	15116905	stuks
DSH75	Dish Pessarium (z) #5 (75 mm)	15116913	stuks
DSH80	Dish Pessarium (z) #6 (80 mm)	15116921	stuks
DSH85	Dish Pessarium (z) #7 (85 mm)	15116948	stuks
DSH50S	Dish Pessarium (m) #0 (50 mm)	15116956	stuks
DSH55S	Dish Pessarium (m) #1 (55 mm)	15116964	stuks
DSH60S	Dish Pessarium (m) #2 (60 mm)	15116972	stuks
DSH65S	Dish Pessarium (m) #3 (65 mm)	15116980	stuks
DSH70S	Dish Pessarium (m) #4 (70 mm)	15116999	stuks
DSH75S	Dish Pessarium (m) #5 (75 mm)	15117006	stuks
DSH80S	Dish Pessarium (m) #6 (80 mm)	15117014	stuks
DSH85S	Dish Pessarium (m) #7 (85 mm)	15117170	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

DONUT PESSARIA

INDICATIE

De Donut pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Derdegraads prolaps
- Cystocèle en/of rectocèle



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
D2.00	Donut Pessarium #0 (51 mm)	15116794	stuks
D2.25	Donut Pessarium #1 (57 mm)	15116808	stuks
D2.50	Donut Pessarium #2 (64 mm)	15116816	stuks
D2.75	Donut Pessarium #3 (70 mm)	15116824	stuks
D3.00	Donut Pessarium #4 (76 mm)	15116832	stuks
D3.25	Donut Pessarium #5 (83 mm)	15116840	stuks
D3.50	Donut Pessarium #6 (89 mm)	15116859	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

OPBLAASBARE DONUT PESSARIA

INDICATIE

De Donut pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Milde tweedegraads of derdegraads prolaps
- Milde cystocèle en/of rectocèle
- Combinatie van rectocèle en prolaps



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
ID2	Opblaasbaar Donut Pessarium #2 (64 mm)	n.n.b.	stuks
ID3	Opblaasbaar Donut Pessarium #3 (70 mm)	n.n.b.	stuks
ID4	Opblaasbaar Donut Pessarium #4 (76 mm)	n.n.b.	stuks
ID5	Opblaasbaar Donut Pessarium #5 (83 mm)	n.n.b.	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

GELLHORN PESSARIA

INDICATIE

De Gellhorn pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Derdegraads prolaps
- Cystocèle en/of rectocèle



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



(z) = zonder drains

(m) = met drains

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
G1.50	Gelhorn Pessarium (z) #0 (38 mm)	15117189	stuks
G1.75	Gelhorn Pessarium (z) #1 (44 mm)	15117197	stuks
G2.00	Gelhorn Pessarium (z) #2 (51 mm)	15117200	stuks
G2.25	Gelhorn Pessarium (z) #3 (57 mm)	15117219	stuks
G2.50	Gelhorn Pessarium (z) #4 (64 mm)	15117227	stuks
G2.75	Gelhorn Pessarium (z) #5 (70 mm)	15117235	stuks
G3.00	Gelhorn Pessarium (z) #6 (76 mm)	15117243	stuks
G3.25	Gelhorn Pessarium (z) #7 (83 mm)	15117251	stuks
G3.50	Gelhorn Pessarium (z) #8 (89 mm)	15117278	stuks
G1.50D	Gelhorn Pessarium (m) #0 (38 mm)	15117286	stuks
G1.75D	Gelhorn Pessarium (m) #1 (44 mm)	15117294	stuks
G2.00D	Gelhorn Pessarium (m) #2 (51 mm)	15117308	stuks
G2.25D	Gelhorn Pessarium (m) #3 (57 mm)	15117316	stuks
G2.50D	Gelhorn Pessarium (m) #4 (64 mm)	15117324	stuks
G2.75D	Gelhorn Pessarium (m) #5 (70 mm)	15117332	stuks
G3.00D	Gelhorn Pessarium (m) #6 (76 mm)	15117340	stuks
G3.25D	Gelhorn Pessarium (m) #7 (83 mm)	15117359	stuks
G3.50D	Gelhorn Pessarium (m) #8 (89 mm)	15117367	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

GEHRUNG PESSARIA

INDICATIE

De Gehrung pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Tweede- of derdegraads prolaps
- Cystocèle en/of rectocèle
- Descensus uteri
- Modelleerbaar voor de juiste toepassing
- Voor seksueel actieve patiënt



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen.

(m) = met ondersteuningsvlak



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
GH50S	Gehrung Pessarium (m) #0 (50 mm)	15116689	stuks
GH55S	Gehrung Pessarium (m) #1 (55 mm)	15116697	stuks
GH60S	Gehrung Pessarium (m) #2 (60 mm)	15116700	stuks
GH65S	Gehrung Pessarium (m) #3 (65 mm)	15116719	stuks
GH70S	Gehrung Pessarium (m) #4 (70 mm)	15116727	stuks
GH75S	Gehrung Pessarium (m) #5 (75 mm)	15116735	stuks
GH80S	Gehrung Pessarium (m) #6 (80 mm)	15116743	stuks
GH85S	Gehrung Pessarium (m) #7 (85 mm)	15116751	stuks
GH90S	Gehrung Pessarium (m) #8 (90 mm)	15116778	stuks
GH95S	Gehrung Pessarium (m) #9 (95 mm)	15116786	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

HODGE PESSARIA

INDICATIE

Het Hodge pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van:

- Beperkte vaginale toegankelijkheid
- Milde cystocèle
- Stressincontinentie
- Retro displacement
- Incompetente cervix tijdens zwangerschap vanaf week 14-38



Het Hodge pessarium met ondersteuningsvlak wordt gebruikt tegen de symptomen van:

- Beperkte vaginale toegankelijkheid
- Milde prolaps
- Milde cystocèle
- Stressincontinentie
- Retro displacement



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
HD65	Hodge Pessarium (z) #0 (65 mm)	15117375	stuks
HD70	Hodge Pessarium (z) #1 (70 mm)	15117383	stuks
HD75	Hodge Pessarium (z) #2 (75 mm)	15117391	stuks
HD80	Hodge Pessarium (z) #3 (80 mm)	15117405	stuks
HD85	Hodge Pessarium (z) #4 (85 mm)	15117413	stuks
HD90	Hodge Pessarium (z) #5 (90 mm)	15117421	stuks
HD95	Hodge Pessarium (z) #6 (95 mm)	15117448	stuks
HD100	Hodge Pessarium (z) #7 (100 mm)	15117456	stuks
HD105	Hodge Pessarium (z) #8 (105 mm)	15117464	stuks
HD110	Hodge Pessarium (z) #9 (110 mm)	15117472	stuks
HD65S	Hodge Pessarium (m) #0 (65 mm)	15117480	stuks
HD70S	Hodge Pessarium (m) #1 (70 mm)	15117499	stuks
HD75S	Hodge Pessarium (m) #2 (75 mm)	15117502	stuks
HD80S	Hodge Pessarium (m) #3 (80 mm)	15117510	stuks
HD85S	Hodge Pessarium (m) #4 (85 mm)	15117529	stuks
HD90S	Hodge Pessarium (m) #5 (90 mm)	15117537	stuks
HD95S	Hodge Pessarium (m) #6 (95 mm)	15117545	stuks
HD100S	Hodge Pessarium (m) #7 (100 mm)	15117022	stuks
HD105S	Hodge Pessarium (m) #8 (105 mm)	15117030	stuks
HD110S	Hodge Pessarium (m) #9 (110 mm)	15117049	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

MAR-LAND PESSARIA

INDICATIE

De Mar-Land pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van:

- Tweede- of derdegraads prolaps
- Milde cystocèle
- Stressincontinentie



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.

(z) = zonder ondersteuningsvlak

(m) = met ondersteuningsvlak

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
M2.25	Mar-Land Pessarium (z) #2 (57 mm)	15118290	stuks
M2.50	Mar-Land Pessarium (z) #3 (64 mm)	15118304	stuks
M2.75	Mar-Land Pessarium (z) #4 (70 mm)	15118312	stuks
M3.00	Mar-Land Pessarium (z) #5 (76 mm)	15118320	stuks
M3.25	Mar-Land Pessarium (z) #6 (83 mm)	15118681	stuks
M3.50	Mar-Land Pessarium (z) #7 (89 mm)	15118703	stuks
M3.75	Mar-Land Pessarium (z) #8 (95 mm)	15118711	stuks
M2.25S	Mar-Land Pessarium (m) #2 (57 mm)	15118738	stuks
M2.50S	Mar-Land Pessarium (m) #3 (64 mm)	15118746	stuks
M2.75S	Mar-Land Pessarium (m) #4 (70 mm)	15118754	stuks
M3.00S	Mar-Land Pessarium (m) #5 (76 mm)	15118762	stuks
M3.25S	Mar-Land Pessarium (m) #6 (83 mm)	15118770	stuks
M3.50S	Mar-Land Pessarium (m) #7 (89 mm)	15118789	stuks
M3.75S	Mar-Land Pessarium (m) #8 (95 mm)	15118797	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

OVAAL PESSARIA

INDICATIE

Het Ovaal pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van:

- Milde prolaps
- Milde cystocèle



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



(z) = zonder ondersteuningsvlak

(m) = met ondersteuningsvlak

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
OV2.00	Ovaal Pessarium (z) #1 (51 mm)	15118061	stuks
OV2.25	Ovaal Pessarium (z) #2 (57 mm)	15118088	stuks
OV2.50	Ovaal Pessarium (z) #3 (64 mm)	15118096	stuks
OV2.75	Ovaal Pessarium (z) #4 (70 mm)	15118118	stuks
OV3.00	Ovaal Pessarium (z) #5 (76 mm)	15118126	stuks
OV3.25	Ovaal Pessarium (z) #6 (83 mm)	15118134	stuks
OV3.50	Ovaal Pessarium (z) #7 (89 mm)	15118150	stuks
OV3.75	Ovaal Pessarium (z) #8 (95 mm)	15118177	stuks
OV4.00	Ovaal Pessarium (z) #9 (102 mm)	15118185	stuks
OV2.00S	Ovaal Pessarium (m) #1 (51 mm)	15118193	stuks
OV2.25S	Ovaal Pessarium (m) #2 (57 mm)	15118207	stuks
OV2.50S	Ovaal Pessarium (m) #3 (64 mm)	15118215	stuks
OV2.75S	Ovaal Pessarium (m) #4 (70 mm)	15118223	stuks
OV3.00S	Ovaal Pessarium (m) #5 (76 mm)	15118231	stuks
OV3.25S	Ovaal Pessarium (m) #6 (83 mm)	15118258	stuks
OV3.50S	Ovaal Pessarium (m) #7 (89 mm)	15118266	stuks
OV3.75S	Ovaal Pessarium (m) #8 (95 mm)	15118274	stuks
OV4.00S	Ovaal Pessarium (m) #9 (102 mm)	15118282	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

RING PESSARIA

INDICATIE

Het flexibele silicone ring pessarium is het meest gebruikte pessarium dat wordt gebruikt in geval van een lichte prolaps en de symptomen van een cystokèle.

Het Ring pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van:

- Milde eerste- of tweegraads prolaps



Het Ring pessarium met ondersteuningsvlak wordt veel gebruikt in geval van:

- Milde eerste- of tweegraads prolaps
- Milde cystocèle (in combinatie met prolaps)

PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



(z) = zonder ondersteuningsvlak

(m) = met ondersteuningsvlak

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
R2.00	Ring Pessarium (z) #1 (51 mm)	15119025	stuks
R2.25	Ring Pessarium (z) #2 (57 mm)	15119033	stuks
R2.50	Ring Pessarium (z) #3 (64 mm)	15119041	stuks
R2.75	Ring Pessarium (z) #4 (70 mm)	15119068	stuks
R3.00	Ring Pessarium (z) #5 (76 mm)	15119076	stuks
R3.25	Ring Pessarium (z) #6 (83 mm)	15119084	stuks
R3.50	Ring Pessarium (z) #7 (89 mm)	15119092	stuks
R3.75	Ring Pessarium (z) #8 (95 mm)	15119106	stuks
R4.00	Ring Pessarium (z) #9 (102 mm)	15119114	stuks
R2.00S	Ring Pessarium (m) #1 (51 mm)	15119122	stuks
R2.25S	Ring Pessarium (m) #2 (57 mm)	15119130	stuks
R2.50S	Ring Pessarium (m) #3 (64 mm)	15119149	stuks
R2.75S	Ring Pessarium (m) #4 (70 mm)	15119157	stuks
R3.00S	Ring Pessarium (m) #5 (76 mm)	15119165	stuks
R3.25S	Ring Pessarium (m) #6 (83 mm)	15119173	stuks
R3.50S	Ring Pessarium (m) #7 (89 mm)	15119181	stuks
R3.75S	Ring Pessarium (m) #8 (95 mm)	15119203	stuks
R4.00S	Ring Pessarium (m) #9 (102 mm)	15119211	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

RING PESSARIA MET KNOP

INDICATIE

Het Ring pessarium met knop wordt gebruikt tegen de symptomen van:

- Milde eerste- of tweedegraads prolaps
- Stressincontinentie



Het Ring pessarium met knop en ondersteuningsvlak wordt gebruikt in geval van:

- Tweede- of derdegraads prolaps
- Milde cystocèle (in combinatie met prolaps)
- Stressincontinentie
-

PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



(z) = zonder ondersteuningsvlak

(m) = met ondersteuningsvlak

ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
RK2.25	Ring Pessarium met knop (z) #2 (51 mm)	15119297	stuks
RK2.50	Ring Pessarium met knop (z) #3 (57 mm)	15119300	stuks
RK2.75	Ring Pessarium met knop (z) #4 (64 mm)	15119319	stuks
RK3.00	Ring Pessarium met knop (z) #5 (70 mm)	15119351	stuks
RK3.25	Ring Pessarium met knop (z) #6 (76 mm)	15119378	stuks
RK3.50	Ring Pessarium met knop (z) #7 (83 mm)	15119394	stuks
RK2.25S	Ring Pessarium met knop (m) #2 (51 mm)	15119238	stuks
RK2.50S	Ring Pessarium met knop (m) #3 (57 mm)	15119246	stuks
RK2.75S	Ring Pessarium met knop (m) #4 (64 mm)	15119254	stuks
RK3.00S	Ring Pessarium met knop (m) #5 (70 mm)	15119262	stuks
RK3.25S	Ring Pessarium met knop (m) #6 (76 mm)	15119270	stuks
RK3.50S	Ring Pessarium met knop (m) #7 (83 mm)	15119289	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.

SHAATZ PESSARIA

INDICATIE

Het Shaatz pessarium wordt gebruikt in geval van:

- Milde eerste- of tweegraads prolaps
- Milde cystocèle (in combinatie met prolaps)



PROCEDURE

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren.



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI NR.	VERPAKKING
SH1.50	Shaatz Pessarium #0 (38 mm)	15119416	stuks
SH1.75	Shaatz Pessarium #1 (44 mm)	15119424	stuks
SH2.00	Shaatz Pessarium #2 (51 mm)	15119440	stuks
SH2.25	Shaatz Pessarium #3 (57 mm)	15119467	stuks
SH2.50	Shaatz Pessarium #4 (64 mm)	15119475	stuks
SH2.75	Shaatz Pessarium #5 (70 mm)	15119491	stuks
SH3.00	Shaatz Pessarium #6 (76 mm)	15119505	stuks
SH3.25	Shaatz Pessarium #7 (83 mm)	15119521	stuks
SH3.50	Shaatz Pessarium #8 (89 mm)	15119548	stuks

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.



PESSARIA PASSET

Deze FS-1000 passet bevat 6 van de meest gebruikelijke ring pessaria. De set zit verpakt in een fraai vormgegeven transparante box. Met de FS-1000 passet en de bijgeleverde conversielijst, kan ca. 85% van de patiënten met een perfect passend pessarium geholpen worden. De ringen van de passet zijn even zacht en flexibel als de reguliere pessaria van EnterCare.



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI nr.	VERPAKKING
FS-1000	Pessaria Pas Set	15119807	Set à 6 maten

PESSARIA VERWIJDERINSTRUMENT

Voor het sneller en efficiënter verwijderen van pessaria.



ART.NR	OMSCHRIJVING	KNMP ZI nr.	VERPAKKING
PRM	Pessaria verwijderinstrument	15119815	1 stuks



GEBRUIKSAANWIJZING ENTERCARE PESSARIA

Deze instructies zijn van toepassing op alle Entercare pessaria.

NB: Gebruik een pessarium altijd exclusief voor dezelfde patiënt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bepaal volgens gebruikelijke medische technieken de benodigde maat van het pessarium. Entercare heeft daarvoor een passet voor ringpessaria en POP-Q stokjes in het leveringsprogramma.
2. Draag steriele handschoenen. Haak de middelvinger in het midden van het pessarium en druk de buitenranden naar elkaar.
3. Om het inbrengen te vergemakkelijken kan een glijmiddel op waterbasis worden aangebracht op de voorrand van het pessarium. Houd het pessarium in verticale stand en breng het in de vagina in de richting van de bekkenbodem.
4. Trek vingers en duim terug en duw het pessarium op zijn plaats. Zorg er daarbij voor dat het op de benige rand achter symfyse komt te liggen.
5. Controleer of de ligging van het ringpessarium goed is. De cervix moet door de ring gevoeld worden en het pessarium moet dwars in de vagina liggen met de achterrands in de fornix posterior en de voorrand achter de symfyse.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Het valt aan te raden voor het inbrengen of verwisselen van een pessarium de vagina aan een speculum onderzoek te onderwerpen.
2. Het verwijderen en opnieuw inbrengen moet volgens de voorschriften van de behandelend arts worden uitgevoerd.
3. Entercare pessaria worden niet-steriel geleverd en zijn geschikt voor het gebruik bij uitsluitend dezelfde patiënt. Hergebruik van dit product bij een andere patiënt kan tot infecties leiden.



WAARSCHUWINGEN

1. Het inbrengen en verwijderen van pessaria mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd en opgeleid personeel.
2. Na het verwijderen van het pessarium moet de vagina worden onderzocht op ulceraties, bloedingen en infecties.
3. Het verwijderen en controleren van pessaria moet zoals voorgeschreven worden uitgevoerd door bevoegd en opgeleid personeel om innesteling van het pessarium in de vaginale weefsels en fistelvorming te voorkomen.

DESINFECTIE

1. Was het pessarium met een verdunde zeepoplossing.
2. Dompel het pessarium in 2000 ppm natriumhypochlorietoplossing of in 70% alcohol. Wanneer een van deze chemicaliën wordt gebruikt, moeten de aanwijzingen van de fabrikant strikt worden opgevolgd.
3. Spoel de natriumhypochlorietoplossing van het pessarium of laat, wanneer 70% alcohol gebruikt wordt, het pessarium vlak voor het gebruik door verdamping opdrogen.
4. Sterilisatie van het pessarium kan in de autoclaaf (stoomsterilisatie 121°C, 20 minuten).
5. Herhaald gebruik van desinfectie middelen kan een negatief effect hebben op het functioneren van deze pessaria. Vóór elk gebruik moet de functionele status van elk pessaria worden gecontroleerd.